



## ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

### เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคเครื่องมือทางการแพทย์

ด้วย โรงพยาบาลค่ายสุรนารี กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ คือ ชุดเครื่องมือทำหัตถการขยายผิวหนังด้วยวิธีการตัดแบบตาราง (Meek micrografting) เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิค พร้อมใบเสนอราคาให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้:-

๑. รายละเอียดข้อมูลสิ่งอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือทำหัตถการขยายผิวหนังด้วยวิธีการตัดแบบตาราง (Meek micrografting) มีดังนี้

๑.๑ วัตถุประสงค์สำหรับใช้ผ่าตัดปลูกถ่ายผิวหนังผู้ป่วยมีพื้นที่ความเสียหายของผิวหนังมากและมีพื้นที่ผิวหนังตั้งต้นในการปลูกถ่ายน้อย เช่น บาดแผลจากอุบัติเหตุไฟไหม้-น้ำร้อนลวก เป็นต้น

๑.๒ คุณสมบัติทั่วไป

๑.๒.๑ ผลิตจากวัสดุปลอดสนิม สามารถนิ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำได้

๑.๒.๒ ได้รับรองมาตรฐานการผลิตทางการแพทย์

๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะ

๑.๓.๑ สามารถตัดขยายผิวหนังอัตราส่วนสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๙ เท่า

๑.๓.๒ ใช้ผิวหนังตั้งต้นปลูกถ่ายในปริมาณน้อย เศษของผิวหนังสามารถนำมาใช้ขยายได้

๑.๓.๓ มีใบมีดตัดและเครื่องมือช่วยตัดที่สามารถตัดแบ่งผิวหนังออกเป็นตารางเล็กเล็กได้ไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตาราง

๑.๓.๔ ขนาดของตารางที่ถูกแบ่งออกมีขนาดไม่เกิน ๙ ตารางมิลลิเมตร(๓มม.X๓ มม.)

๑.๓.๕ ใบมีดตัดใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยแรงลม ใช้แรงดัน ๕-๗ บาร์

๑.๓.๖ ใบมีดตัดสามารถถอดล้างและเปลี่ยนได้

๑.๓.๗ มีอุปกรณ์ที่ช่วยขยายผิวหนังได้ในอัตราส่วนขยาย ๔ เท่า, ๖ เท่า และ ๙ เท่า โดยสามารถจัดวางผิวหนังตั้งต้นลงบนแผลได้อย่างเหมาะสม (dermal side down)

๑.๔ อุปกรณ์ประกอบ

๑.๔.๑ ชุดแผ่นตัดและติดขยายผิวหนังอัตราส่วน ๔ เท่า

จำนวน ๔๐ ชุด

๑.๔.๒ ชุดแผ่นตัดและติดขยายผิวหนังอัตราส่วน ๖ เท่า

จำนวน ๔๐ ชุด

๑.๔.๓ ชุดแผ่นตัดและติดขยายผิวหนังอัตราส่วน ๙ เท่า

จำนวน ๔๐ ชุด

- ๑.๔.๔ กาวทางการแพทย์สำหรับฉีดติดผิวหนังกับชุดติดขยาย จำนวน ๕ กระป๋อง  
๑.๔.๕ กล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับนั่งฆ่าเชื้อของเครื่องขยายผิวหนัง จำนวน ๑ ชุด  
๒. คุณสมบัติของผู้ที่เสนอข้อมูลต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่ทางราชการต้องการ

๓. เงื่อนไข

๓.๑ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูลหรือรายละเอียดหรือของตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓.๒ การพิจารณานำข้อมูลมากำหนดในคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก

๓.๓ ขอให้บริษัทผู้สนใจส่งข้อมูลให้ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ภายใน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ถนนพิบูลย์ละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โดยนำไปมอบด้วยตัวเองหรือส่งโทรสารหมายเลข ๐๔๔-๔๓๔๐๕๐

๓.๔ เอกสารจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย หากเป็นภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

๔. หากผู้เสนอข้อมูลมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามโดยตรงหรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โทร ๐๔๔-๒๓๔๔๐๔

๕. คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการหรือเหมาะสมกับการใช้ในราชการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของรายใดรายหนึ่งมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะก็ได้

๖. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนได้เช่นกัน ทั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พลตรี

(ชาญชัย ติกะปัญญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

