



ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคเครื่องมือทางการแพทย์

ด้วย โรงพยาบาลค่ายสุรนารี กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ คือ ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดศัลยกรรมทางระบบประสาทผ่านกล้อง เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิคพร้อมใบเสนอราคาให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้.-

๑. รายละเอียดข้อมูลสิ่งอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดศัลยกรรมทางระบบประสาทผ่านกล้อง มีดังนี้

๑.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการส่องตรวจวินิจฉัยและผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาท

๑.๒ คุณสมบัติทั่วไป

๑.๒.๑ ได้รับรองมาตรฐานการผลิตทางการแพทย์

๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะ

๑.๓.๑ อุปกรณ์สอดกล้องส่องตรวจ (Neuroendoscopy) แบบ ๔ ช่อง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๐ มม. จำนวน ๑ อัน

๑.๓.๒ อุปกรณ์สอดกล้องส่องตรวจ (Neuroendoscopy) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๖ มม. จำนวน ๑ อัน

๑.๓.๓ อุปกรณ์สอดกล้องส่องตรวจ (Neuroendoscopy) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓.๒ มม. จำนวน ๑ อัน

๑.๓.๔ กล้องส่องตรวจ (Neuroendoscope) ชนิด ๐ องศา เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๗ มม. ความยาว ๑๘๐ มม. จำนวน ๑ อัน

๑.๓.๕ กล้องส่องตรวจ (Neuroendoscope) ชนิด ๓๐ องศา เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๗ มม. ความยาว ๑๘๐ มม. จำนวน ๑ อัน

๑.๓.๖ ด้ามจี้แบบขั้วเดียว (Monopolar) ปลายทุ้ (Blunt electrode) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๑ มม. มีความยาว ๒๕๕ มม. จำนวน ๑ อัน

๑.๓.๗ ด้ามจี้แบบขั้วเดียว (Monopolar) ปลายเข็ม (Needle electrode) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๑ มม. มีความยาว ๒๕๕ มม. จำนวน ๑ อัน

- ๑.๓.๘ ด้ามจี้แบบขั้วเดียว (Monopolar) ปลายตะขอ (Hook electrode) ทำมุม ๔๕ องศา เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๒ มม. มีความยาว ๒๕๕ มม. จำนวน ๑ อัน
- ๑.๓.๙ ด้ามจี้แบบขั้วเดียว (Monopolar) ปลายตะขอ (Hook electrode) ทำมุม ๗๐ องศา เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๒ มม. มีความยาว ๒๕๕ มม. จำนวน ๑ อัน
- ๑.๓.๑๐ ด้ามจี้แบบขั้วเดียว (Monopolar) ปลายตะขอ (Hook electrode) ทำมุม ๙๐ องศา เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๒ มม. มีความยาว ๒๕๕ มม. จำนวน ๑ อัน
- ๑.๓.๑๑ อุปกรณ์จี้แบบ Bipolar ปลายแบบส้อม (Fork electrode) เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๑ มม. มีความยาว ๒๕๕ มม. จำนวน ๑ อัน
- ๑.๓.๑๒ ตัวนำร่อง Minop แบบใช้ครั้งเดียว จำนวน ๑ อัน
- ๑.๓.๑๓ อุปกรณ์เลาะเนื้อเยื่อ (Dissector) ความยาว ๓๕๕ มม. ส่วนปลายของอุปกรณ์กว้าง ๑.๗ มม. จำนวน ๑ อัน
- ๑.๓.๑๔ อุปกรณ์เลาะเนื้อเยื่อ (Dissector) ความยาว ๓๕๕ มม. ส่วนปลายของอุปกรณ์กว้าง ๑.๐ มม. จำนวน ๑ อัน
- ๑.๓.๑๕ ตะขอเกี่ยวเนื้อเยื่อ (Hook) แบบ Blunt ความยาว ๓๕๕ มม. กว้าง ๓.๕ มม. ปลายของอุปกรณ์ทำมุม ๙๐ องศา จำนวน ๑ อัน
- ๑.๓.๑๖ อุปกรณ์กรีดเนื้อเยื่อ ความยาว ๓๕๕ มม. กว้าง ๓.๐ มม. จำนวน ๑ อัน
- ๑.๓.๑๗ ปากคีบจับเนื้อเยื่อ (Forceps) แบบปลายตรง มีความยาว ๒๙๐ มม. จำนวน ๑ อัน
- ๑.๓.๑๘ ปากคีบจับเนื้อเยื่อ (Forceps) แบบปลายโค้งขวา มีความยาว ๒๙๐ มม. จำนวน ๑ อัน
- ๑.๓.๑๙ ปากคีบจับเนื้อเยื่อ (Forceps) แบบปลายโค้งซ้าย มีความยาว ๒๙๐ มม. จำนวน ๑ อัน
- ๑.๓.๒๐ ปากหนีบเนื้อเยื่อ (Grasping Forceps) แบบปลายตรง มีความยาว ๒๙๐ มม. จำนวน ๑ อัน
- ๑.๓.๒๑ กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ (Scissors) แบบปลายตรง มีความยาว ๒๙๐ มม. จำนวน ๑ อัน
- ๑.๓.๒๒ กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ (Scissors) แบบปลายโค้งซ้าย มีความยาว ๒๙๐ มม. จำนวน ๑ อัน
- ๑.๓.๒๓ กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ (Scissors) แบบปลายโค้งขวา มีความยาว ๒๙๐ มม. จำนวน ๑ อัน
- ๑.๓.๒๔ กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ (Scissors) แบบปลายโค้งขึ้น (Upwards) มีความยาว ๒๙๐ มม. จำนวน ๑ อัน
- ๑.๓.๒๕ กรรไกรขนาดเล็ก (Scissors) แบบ Sharp มีความยาว ๒๖๕ มม. จำนวน ๑ อัน
- ๑.๓.๒๖ กรรไกรขนาดเล็ก (Scissors) แบบ Blunt มีความยาว ๒๖๕ มม. จำนวน ๑ อัน
- ๑.๒.๒๗ ปากหนีบตัดเนื้อเยื่อขนาดเล็ก (Biopsy Forceps) มีความยาว ๒๖๕ มม. จำนวน ๑ อัน

๑.๓.๒๘ ปากจับและเลาะเนื้อเยื่อขนาดเล็ก (Grasping and dissecting Forceps) มีความยาว ๒๖๕ มม. จำนวน ๑ อัน

๑.๓.๒๙ ปากจับและเลาะเนื้อเยื่อขนาดเล็ก (Surgical Forceps) มีความยาว ๒๖๕ มม. จำนวน ๑ อัน

๑.๓.๓๐ แขนยึดจับอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องทางศัลยกรรมระบบประสาท มีความยาวของอุปกรณ์รวม ๑๐๗ ซม. จำนวน ๑ อัน

๑.๓.๓๑ อุปกรณ์สำหรับยึดแขนยึดจับอุปกรณ์กับเตียงผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องทางศัลยกรรมระบบประสาท จำนวน ๑ อัน

๑.๓.๓๒ อุปกรณ์จับยึดบล็อกสำหรับใส่กล้องส่องตรวจทางศัลยกรรมระบบประสาท เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓.๐-๗.๕ มม. จำนวน ๑ อัน

๑.๓.๓๓ ตะกร้าพร้อมซิลิโคน สำหรับวางเครื่องมือ จำนวน ๑ อัน

๑.๓.๓๔ ตะกร้าพร้อมซิลิโคน มีชั้นสำหรับวางเครื่องมือ จำนวน ๑ อัน

๑.๓.๓๕ กล้องบรรจุเครื่องมือผ่าตัดแบบปราศจากเชื้อ ขนาด ๕๙๒x๓๗๔x๒๗๔ มม. จำนวน ๑ อัน

๑.๓.๓๖ ฝาปิดกล่องบรรจุเครื่องมือผ่าตัดชนิดBasis ขนาด ๑/๑ สีน้ำเงิน จำนวน ๑ อัน

๒. คุณสมบัติของผู้ที่เสนอข้อมูลต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่ทางราชการต้องการ

๓. เงื่อนไข

๓.๑ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูลหรือรายละเอียดหรือของตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓.๒ การพิจารณานำข้อมูลมากำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก

๓.๓ ขอให้บริษัทผู้สนใจส่งข้อมูลให้ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ภายใน ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ถนนพิบูลย์ละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โดยนำไปมอบด้วยตัวเองหรือส่งโทรสารหมายเลข ๐๔๔-๔๓๔๐๕๐

๓.๔ เอกสารจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย หากเป็นภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย


๔. หากผู้เสนอข้อมูลมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามโดยตรงหรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ แผนกส่งกำลังสายแพทย์ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โทร ๐๔๔-๒๓๔๔๐๔

๕. คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการหรือเหมาะสมกับการใช้ในราชการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของรายใดรายหนึ่งมากำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะก็ได้

๖. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหรือระงับการพิจารณาข้อมูลของ
ผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนได้เช่นกัน ทั้งนี้
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พลตรี



(ชาญชัย ดิกชะปัญญา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี