

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 236/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1288

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เชื้อหุ้มสมองเทียม (Artificial Dura Patch)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ทดแทนส่วนที่หายไปหรือปกคลุมสมองหรือไขสันหลังในส่วนที่
บวมจนไม่สามารถเย็บปิดเชื้อหุ้มสมองได้

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายกับเชื้อหุ้มสมองและสามารถเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อของมนุษย์โดยไม่
ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน

1.2.2 มีความนุ่มแต่มีความแข็งแรง ทนต่อแรงดึงสามารถนำไปใช้เย็บติดกับเชื้อหุ้มสมองของผู้ป่วยได้
หลากหลายลักษณะตามรูปร่างที่ต้องการ

1.2.3 แผ่นอุปกรณ์มีความบางตั้งแต่ 0.5 มม.

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ทำให้ปราศจากเชื้อเป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

1.3.2 ขนาดจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง วรรณวดี ลือสุทธีวิบูลย์

พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(วรรณวดี ลือสุทธีวิบูลย์)

18 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48