

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 570/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1623

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระดูกชีวภาพชนิดสังเคราะห์
(Synthetic Bone Substitute)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับทดแทนกระดูกที่ชำรุดเสียหายจากการบาดเจ็บหรือจากพยาธิสภาพของโรค

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ผลิตจากสารสังเคราะห์ Tri Calcium Phosphate หรือ Phosphocalcic Hydroxyapatite หรือ Calcium Hydroxyapatite หรือ Calcium Sulfate ที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีหลายรูปแบบ ได้แก่ เม็ดเล็กๆ (Granules), ก้อน (Block), แท่ง (Stick), รูปถัน (Oval wedge), และผง (Powder) สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม

1.3.2 แต่ละรูปแบบมีหลายขนาด ซึ่งรูปแบบและขนาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

3.3 มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันส่งของ

3.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานได้มาตรฐานสากลจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปริชา อนันตะ
(ปริชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. ธไนรัช โขตนฤดี
(ธไนรัช โขตนฤดี)

สสยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.ร.6/กรรมการ