

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 571/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1624

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดรูมีเกลียว  
( Locking Plate )

หน่วยนับ ชิ้น

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

### 1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้สำหรับตามกระดูกที่แตกหรือหักตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากสแตนเลส หรือไททานเนียม หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2.2 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้

1.2.3 สามารถใช้ได้กับกระดูก ชนิดหัวกระดูกมีเกลียวและไม่มีเกลียวได้

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ มีแบบต่างๆ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ดังนี้

1.3.1 Narrow Plate

1.3.2 Broad Plate

1.3.3 Reconstruction Plate

1.3.4 T- Plate

1.3.5 T-Buttress Plate

1.3.6 L-Buttress Plate

1.3.7 LC- Plate

1.3.8 Cloverleaf Plate

1.3.9 Compact Hand Plate

1.3.10 รูปแบบ, ความหนา, ความยาว, ความกว้าง, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรู, ระยะห่างของรู และ  
จำนวนรูของแผ่นโลหะ ผู้ใช้จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

## 2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานได้มาตรฐานสากลจาก  
สถาบันตรวจสอบที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล

/วิธีการตรวจสอบ.....

#### 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบ แคลคูลอกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ  
( ประสงค์ ล้อมทอง )

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ  
( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ) พ.อ.วุฒิพงษ์ ชัยประดับ ศัลยแพทย์โรคกระดูก กอช.รร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้  
( วุฒิพงษ์ ชัยประดับ )

23 ส.ค.2549

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ. ทำหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/563 ลง 23 ส.ค.49