

# คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ.ที่ 122/56 (พบ.)

หมายเลขอุปกรณ์  
ชื่ออุปกรณ์  
หน่วยนับ  
6550-XX-256-3805  
ชุดน้ำยาตรวจแมgnีเซียมด้วยวิธี Colorimetric  
( Magnesium Reagent Kit, Colorimetric Assay )  
ชุด

## 1. คณิตศาสตร์เฉพาะ

## 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตรวจหาปริมาณแมกนีเซียมในชีร์ม พลาสม่า และปัสสาวะ

## 1.2 คณิตกัญญาในทางเทคนิค

1.2.1 ใช้หลักการ Colorimetric Assay หรือเทคนิคอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำเร็จรูป มีสถานะเป็นของเหลว สามารถใช้กับเครื่องตรวจแบบ อัตโนมัติที่หน่วยงานมีอยู่ได้ ใน 1 ชุดประกอบด้วยน้ำยาน้ำผึ้งสมประกอบการทำปฏิกิริยาในการทดสอบอย่างสมบูรณ์

## **2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต**

### 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของชุดน้ำยาจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบของน้ำยา วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบเครื่องติดล้อก

## คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. 000 พ.ล/๑ กองการรัฐสภา

## ( หักไข่น เจียมทอง )

မြန်မာ ပြည်သူများ / အကြောင်းအရာ

## ( พิสุทธิ์ บูตรงามดี )

พระเจ้า พ. ๗๖ รพ ๕๕๖

( ปกรณ์ จีโรจน์กุลกิจ ) / กรรมการร่วมจากหน่วยอื่น

16 WELDSS

ពីរដែលបានបន្ទាត់ក្រោមគ្មាន។ ក្នុងពេលវេលាយុទ្ធសាស្ត្រ

๓ บ้านเมือง ๑๐ ชั้น ห้ามเข้าสื้อ ตาม ๑๙

1045 16 W 8.55