

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 115/56 (พ.บ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-3798

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดน้ำยาตรวจหาอินออกานิกฟอสเฟตด้วยวิธี Molybdate UV  
( Inorganic Phosphate Reagent Kit, Molybdate UV Assay )

หน่วยนับ ชุด

# 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตรวจหาปริมาณอินออกานิกฟอสเฟตในซีรัม พลาสมา และปัสสาวะ

## 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใช้หลักการ Molybdate UV Assay หรือเทคนิคอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำเร็จรูป มีสถานะเป็นของเหลว สามารถใช้กับเครื่องตรวจแบบอัตโนมัติที่หน่วยงานมีอยู่ได้ ใน 1 ชุดประกอบด้วยน้ำยาส่วนผสมประกอบการทำปฏิกิริยาในการทดสอบอย่างสมบูรณ์

## 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของชุดน้ำยาจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบของน้ำยา วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

## 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พ.บ.

พ.อ.....ผอ. กวก.พ.บ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจริมทอง )

พ.อ.....ผอ.กทพ.พ.บ./กรรมการ

( พิสุทธิ บุตรงามดี )

พ.อ.....ประจำ พ.บ.ชรก. รพ.ร.6

( ปกรณ์ จิโรจน์กุลกิจ ) /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

16 พ.ย. 2555

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้มอบให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พ.บ.ที่หนังสือ กวก.พ.บ.  
ที่ กท 0446.13/ 1045 ลง 16 พ.ย. 55