

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 059/58 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-4193

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดน้ำยาตรวจหาแลคเตต  
( Lactate Reagent Kit )

หน่วยนับ ชุด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตรวจหาปริมาณ Lactate ในพลาสมา และ CSF

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ใช้หลักการ Colorimetric assay หรือหลักการอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูป สามารถใช้กับเครื่องตรวจอัตโนมัติ ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.3.1 น้ำยา Hydrogen donor (R1)

1.3.2 น้ำยา Lactate oxidase (R2)

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของชุดน้ำยา จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ส่งของ


3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.....  ..... ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ  
( ทักษิณ เจริญทอง )

พ.อ.หญิง.....  ..... ผอ.กอง พบ./กรรมการ  
( จอมขวัญ แสงบัวแก้ว )

พ.อ.....  ..... ประจำ พบ.ชรก.รพ.ร.6/  
( ปกรณ์ จิโรจน์กุลกิจ ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

18 พ.ย. 2557

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/2246 ลง 18 พ.ย. 57