

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 017/51

หมายเลขอุปกรณ์ 6515-XX-247-0486

ชื่ออุปกรณ์ เครื่องรัดห้ามเลือดชนิดไช้แก๊ส
(Gas Tourniquet)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นเครื่องรัดห้ามเลือดใช้สำหรับรัดแขนหรือขา เพื่อห้ามเลือดในขณะผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดที่ทำงานด้วยแรงดันลมหรือแก๊ส จากแหล่งจ่ายลมแบบ Tank หรือระบบจ่ายแก๊สส่วนกลาง (Central Pipeline System)

1.2.2 สามารถทนแรงอัดอากาศได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 5 บาร์

1.2.3 สามารถใช้ได้กับปลอกรัดห้ามเลือดชนิด Single Cuff และ ชนิด Double Cuff

1.2.4 มีมาตรฐานแรงดันลม สามารถปรับเพิ่มหรือลดแรงดันลมได้ โดยปรับได้ในช่วง 30- 650 มม. proto หรือกว้างกว่า

1.2.5 ส่วนหัวต่อ (Adaptor) จะต้องสามารถใช้ได้พอดีกับแหล่งจ่ายลมหรือแก๊สที่โรงพยาบาลมีใช้อยู่

1.2.6 ปลอกรัดห้ามเลือด (Cuff) สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รัดห้ามเลือดในขณะผ่าตัด ชนิดที่ทำงานด้วยแรงดันลมหรือแก๊ส ใน 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

1.3.1 เครื่องรัดห้ามเลือด จำนวน 1 เครื่อง

1.3.2 ปลอกรัดห้ามเลือด สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อย่างละ 1 ชุด

1.3.3 สาย Tourniquet Cuff มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวน 1 เส้น

1.3.4 สาย Air Hose มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวน 1 เส้น

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีรถเข็น หรือ Mobile Stand ชนิดมีล้อ สามารถติดตั้งเครื่องรัดห้ามเลือดได้ และเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมตะกร้าใส่ส่วนของอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

3.2 ต้องเป็นของใหม่ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.3 มีเครื่องหมายถาวรหรือสติกเกอร์ของบริษัท และคงชื่อ ที่อยู่ และโทรศัพท์ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

3.4 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)

3.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบัน

ตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแพคตากล่อง และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ธิติกุมิ เอื้ออำนวย ผอ.กาก.พบ./ประธานกรรมการ
(ธิติกุมิ เอื้ออำนวย)

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ์ บุตรงามดี ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง เพ็ญพักตร์ ถวิลไทย หน.พยาบาล รพ.รร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(เพ็ญพักตร์ ถวิลไทย)

28 ม.ค.2551

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต.มาโนชญ์ จันทร์ศร ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(มาโนชญ์ จันทร์ศร)

(ลงชื่อ) พ.อ.กฤยณ์ เต็มบุญเกียรติ ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ
(กฤยณ์ เต็มบุญเกียรติ)

(ลงชื่อ) พ.อ.สถาพร สาหัสันน์ รอง ผอ.กอง กบ.ทบ./กรรมการ
(สถาพร สาหัสันน์)

30 ม.ค.2551

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ทบ.ทบ.ท้าขับนทึกฯ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0446/1363 ลง 11 ก.พ.51