

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 302/51 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายรัดข้อมือผู้ป่วย (Patient Name Wrist Band)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับรัดข้อมือผู้ป่วย มีป้ายชื่อสอดในสาย

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจาก PVC หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.2 มีความยืดหยุ่นดี ไม่ขาดง่าย

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นสายที่มีลักษณะเป็นแผ่น สามารถสอดป้ายชื่อได้

1.3.2 ขอบสายรัดข้อมือเรียบและช่องตามสายไม่มีคม

1.3.3 ตัวสายด้านหนึ่งมีกระดุมปิดล็อก ไม่สามารถแกะออกได้เมื่อใช้งาน

1.3.4 มีทั้งขนาดใช้กับผู้ใหญ่และเด็ก สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแก้ตดล็อก และทดลองใช้งาน

/

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย
(ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง เขียวภา สุคนธรังษี
(เขียวภา สุคนธรังษี)

หน.ห้องคลอด กสน.รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

27 มิ.ย.2551

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ออมนิติให้ใช้
ตามอนุมติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/490 ลง 1 ก.ค.51