

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 231/46(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-270-5087

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ พลาสเตอร์ใสปิดแผล
(Transparent Surgical Tape)

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้แต่งบาดแผลทั่วไป

1.2 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากวัสดุ Polyethylene โปร่งแสง มองผ่านเนื้อพลาสเตอร์ ระบายอากาศและความชื้นได้ดี

1.2.2 เคลือบด้วยกาวเพื่อช่วยในการติดแผล

1.2.3 ทำให้เกิดอาการแพ้ น้อย

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นพลาสเตอร์ใสแบบฉีกได้ด้วยมือ

1.3.2 มีหลายขนาดให้เลือก ผู้ใช้จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิงวรรณดี ลือสุขธิวิบูลย์

พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(วรรณดี ลือสุขธิวิบูลย์)

.....21...../.....ก.ค...../.....46.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/505 ลง 21 ก.ค.46