

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 256/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-1308

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นกาตรวจสอบทางเคมีสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อน  
(Dry heat Indicator Labels)

หน่วยนับ ม้วน

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นแผ่นปิดภายนอกหีบห่อหรือบนพื้นผิวของเครื่องมือ เพื่อป้องกันการสัมผัสกับกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อนแห้ง (Dry Heat) หรือไอร้อน (Hot Air)

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

- 1.2.1 เป็นตัวบ่งชี้ทางเคมี (Chemical Indicator) แบบฉลากที่มีการพิมพ์ด้วยหมึกเคมีสีน้ำตาลและเคลือบด้วยกาว ชนิด Pressure Sensitive Adhesive
- 1.2.2 ยึดติดได้ดีกับวัสดุได้หลายประเภท เช่น ฝ้าย กระดาษ เครื่องแก้ว และโลหะ
- 1.2.3 ยึดติดได้ดีในระหว่างการใช้งานและสามารถลอกออกจากเครื่องมือและหีบห่อได้ง่าย
- 1.2.4 อ่านผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสีของแถบสารเคมีที่อยู่บนฉลาก
- 1.2.5 การเปลี่ยนแปลงสีที่สมบูรณ์จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสีจากสีน้ำตาลเป็นสีดำ เมื่อสัมผัสกับไอร้อนที่อุณหภูมิในเวลาที่กำหนด

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเขตตาฉลาก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง ปทุมมา จงศิริ  
(ปทุมมา จงศิริ)

หน.แผนกเวชภัณฑ์กลาง รพ.ร.ร.6/  
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

18 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อ่อนมิติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48