

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 739/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1791

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายตัดรูเปิดท่อน้ำดี ชนิด 3 ช่อง (Sphincterotome 3 Lumen)

หน่วยนับ เส้น

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นสายสำหรับตัดรูเปิดท่อน้ำดี โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจและเครื่องมือ

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 สายตัดรูเปิดท่อน้ำดี ชนิด 3 ช่อง ตัวสายทำมาจากพลาสติกพิเศษ และตัวสายแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (lumen) สำหรับใส่ลวดนำทาง , นิติสารที่บดสีและช่องของลวดตัด

1.2.2 มีด้ามจับที่ควบคุมการตัดพร้อมช่องต่อกันกับเครื่องมืออยู่ทางด้านข้าง

1.2.3 ห่างจากปลายอุปกรณ์ 5 มม. มีเส้นลวดสำหรับตัด (cutting wire) ความยาว 20 และ 30 มม.

1.2.4 สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อผ่านการ x-ray

1.2.5 สามารถใช้ได้กับลวดนำทางขนาด .035 นิ้ว

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 สายตัดรูเปิดท่อน้ำดี ชนิด 3 ช่อง สายมีลักษณะกลมและยาว แบ่งออกเป็น 3 ช่อง และปลายสายด้านหนึ่งมีด้ามจับสำหรับควบคุมการตัดที่อยู่ด้านข้างต่อกับเครื่องมือและส่วนปลายอุปกรณ์อีกด้านหนึ่งมีเส้นลวดสำหรับตัด

1.3.2 สายขนาด 7 เฟรนซ์ ปลายเรียวเล็กลงเหลือ 5.5 เฟรนซ์ ความยาวและจำนวนจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 บรรจุห่อละ 1 เส้น

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน  
คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.วานิช ปิยนันตร์  
(วานิช ปิยนันตร์)

อายุรแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้