

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 069/50

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6530-XX-247-0450

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เติงผ่าตัดระบบไฮดรอลิกชนิดปรับด้วยมือ
(Manual Control Hydraulic Operating Table)

หน่วยนับ เติง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นเติงสำหรับผ่าตัดทั่วไป สามารถจัดทำต่างๆได้

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ฐานและเสาเติงทำด้วยโลหะปลอดสนิม

1.2.2 พื้นเติงทำด้วยวัสดุโปร่งแสงเอกซเรย์

1.2.3 ด้านข้างเติงทั้ง 2 ข้าง มีรางทำด้วยโลหะปลอดสนิมสำหรับยึดจับอุปกรณ์

1.2.4 ใต้ฐานเติงมีล้อ 4 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและสามารถล็อกให้หยุดกับที่ได้

1.2.5 สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 กิโลกรัม

1.2.6 สามารถปรับท่าต่างๆของเติงได้ดังนี้

1.2.6.1 ปรับระดับของเติงสูงสุดได้ 980 มิลลิเมตร หรือสูงกว่า

1.2.6.2 ปรับระดับของเติงต่ำสุดได้ 750 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า

1.2.6.3 ปรับเอียงซ้าย-ขวา (Lateral tilt) ได้ข้างละไม่น้อยกว่า 15 องศา

1.2.6.4 ปรับศีรษะต่ำ (Trendelenburg) ได้ไม่น้อยกว่า 25 องศา

1.2.6.5 ปรับเท้าต่ำ (Reverse Trendelenburg) ได้ไม่น้อยกว่า 25 องศา

1.2.6.6 ส่วนรองรับขา (Leg plate) สามารถปรับลงได้ไม่น้อยกว่า 85 องศา

1.2.6.7 ส่วนรองรับแผ่นหลัง (Back plate)

1.2.6.7.1 สามารถปรับขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 70 องศา

1.2.6.7.2 สามารถปรับลงได้ไม่น้อยกว่า 40 องศา

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นเติงผ่าตัดชนิดปรับท่าต่างๆด้วยมือและปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฮดรอลิกโดยใช้เท้าเหยียบ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานสำหรับผ่าตัดทั่วไปดังนี้

3.1.1 Arm board จำนวน 1 คู่

- 3.1.2 Anaesthesia screen จำนวน 1 อัน
- 3.1.3 Wristlet จำนวน 1 คู่
- 3.1.4 Body strap จำนวน 1 เส้น
- 3.1.5 Socket (clamps) จำนวน 1 คู่
- 3.2 ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.3 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
- 3.4 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัท แสดงชื่อ ที่อยู่ และโทรศัพท์ (สติกเกอร์) ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- 3.5 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับ การรับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเคตตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

- (ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ประสงค์ ล้อมทอง)
- (ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)
- (ลงชื่อ) พ.อ.หญิง กอบกุล อุณหโชค อายุรแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(กอบกุล อุณหโชค)
- 5 ก.ค.2550

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

- (ลงชื่อ) พล.ต.นฤดล ประภาวัต ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(นฤดล ประภาวัต)
- (ลงชื่อ) พ.อ.เกษม ภิญโญชนม์ ผอ.กทบ.พบ./กรรมการ
(เกษม ภิญโญชนม์)
- (ลงชื่อ) พ.ท.ชุมพล เหมือนกรุด หน.ร.ร.กบ.ทบ.ชรก.กบ.ทบ./กรรมการ
(ชุมพล เหมือนกรุด)