

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 136/53 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2932

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตัวกรองเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจ ชนิดให้ความชื้น
(HME Breathing Filter)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ต่อกับเครื่องช่วยหายใจ เครื่องดมยาสลบ หรืออุปกรณ์ช่วยการหายใจอื่นๆ เพื่อกรองเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 บรรจุภัณฑ์ทำด้วย PVC Medical Grade หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 มีแผ่นกรองชนิด Electrostatic สามารถกรองเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ไม่น้อยกว่า 99.99%

1.2.3 มีแผ่นกรองอีกชั้นซึ่งสามารถปรับสมดุลความชื้นได้ (Heat and Moisture Exchange: HME)

1.2.4 สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นตลับโปร่งแสง มองเห็นตัวกรองซึ่งอยู่ภายใน

1.3.2 มีท่อเปิด 2 ข้าง ขนาดมาตรฐานเพื่อใช้ต่อกับวงจรเครื่องช่วยหายใจ หรือท่อช่วยหายใจ

1.3.3 มีท่อเปิดขนาดเล็ก (Gas Sampling Port) พร้อมฝาปิดที่แนบสนิท ใช้เป็นช่องในการต่อกับเครื่องตรวจวัดแก๊ส

1.3.4 ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 บริษัทผู้จำหน่ายต้องได้รับรองมาตรฐานสากล

3.2 ผลิตภัณฑ์มีหนังสือรับรองผลการกรองเชื้อแบคทีเรียและไวรัสจากห้องตรวจปฏิบัติการ

3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแก๊ตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ทักษิณ เจียมทอง
(ทักษิณ เจียมทอง)

ผอ.กกก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงาม
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง ศรีณยา ชมรัตน์
(ศรีณยา ชมรัตน์)

พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

19 พ.ย.2552

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กกก.พบ.
ที่ กท 0404.13/985 ลง 19 พ.ย.52