

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 125/59 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6550 - M - 59 - S - 0076

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาสำหรับการตรวจนับ Reticulocyte และเกล็ดเลือด
(Cellpack DFL)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นชุดน้ำยาสำหรับการตรวจนับ Reticulocyte และเกล็ดเลือด
โดยใช้ร่วมกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีส่วนประกอบของ Tricine Buffer ไม่น้อยกว่า 0.17%

1.2.2 สามารถมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 60 วัน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว

1.2.3 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 2-35°C

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำหรับการตรวจนับ Reticulocyte และเกล็ดเลือด
มีลักษณะเป็นของเหลว พร้อมใช้งาน สามารถใช้ร่วมกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติได้

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของน้ำยา จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง


3.2 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ไพรัช มิลาภ)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท..........พยาธิแพทย์ รพ.ค่ายสุรนารี/
(พงศ์อิษฎา รัตนพิทยานุกุล) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

23 ก.ย. 2559

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กว.พบ.
ที่ กท 0446.13/..1170. ลง 26.9.59