

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 172/60 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6550 - M - 60 - S - 0123

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาล้างสีสำหรับตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาว Basophil และ NRBC

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาว Basophil และ NRBC ด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 น้ำยามีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

1.2.1.1 Polymethine Dye

1.2.1.2 Ethylene Glycol

1.2.2 เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 90 วัน

1.2.3 เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิ 2 ถึง 35 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำเร็จรูป มีลักษณะเป็นของเหลว พร้อมใช้งาน สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่หน่วยงานมีใช้

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของน้ำยา จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง


3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ


3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท..........พยาธิแพทย์ รพ.ค่ายสุรนารี
(พงศ์อิฐภา รัตนพิทยานุกุล) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

19 มิ.ย. 2560

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อาจใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0445.13/..7.38.. ลง.19 มิ.ย. 60