

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 048/51

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6530-XX-247-0517

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดแผ่นทดสอบระบบการทำงานของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบสุญญากาศ
(Bowie-Dick Test Pack for Pre- Vacuum Steam Sterilizer)

หน่วยนับ ชุด , กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพระบบการทำงานของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบสุญญากาศ (Pre-Vacuum) ก่อนการใช้งานในแต่ละวัน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 สามารถทดสอบประสิทธิภาพ การแทรกซึมของไอน้ำ การรั่วไหลของอากาศ และการไล่อากาศออกจากภายในเครื่อง ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 132°C ในเวลาไม่น้อยกว่า 3 นาที

1.2.2 อ่านผลการทดสอบโดยคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงสีของสารเคมีที่เคลือบอยู่บนชุดแผ่นทดสอบ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสีจะต้องสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นแผ่นทดสอบทางเคมี บรรจุเป็นชุดสำเร็จรูป

1.3.2 มีวันหมดอายุการใช้งานกำกับไว้ที่ชุดแผ่นทดสอบและที่ข้างกล่อง

1.3.3 มีพื้นที่ว่างให้บันทึกข้อมูลหลังการทดสอบ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเกิดด้าลือก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

- | | |
|---|---|
| (ลงชื่อ) พ.อ.จิตติภูมิ เอื้ออำนวย
(จิตติภูมิ เอื้ออำนวย) | ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี
(พิสุทธิ บุตรงามดี) | ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อรสา สุขดี
(อรสา สุขดี) | หน.หอผู้ป่วย รพ.อ.ป.ร. ช่วยราชการ รพ.ร.6
/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้ |

5 ก.ย.2551

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

- | | |
|---|---------------------------|
| (ลงชื่อ) พล.ต.มานิชญ์ จันทรร
(มานิชญ์ จันทรร) | ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ
(กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ) | ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.สถาพร สหวัฒน์
(สถาพร สหวัฒน์) | รอง ผอ.กอง กบ.ทบ./กรรมการ |

12 ก.ย.2551

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/12560 ลง 26 ก.ย.51