

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 325/43 (พบ.)  
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-XX-256-3073  
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถ้วยทำปฏิกิริยาทดสอบกลไกการแข็งตัวของเลือดแบบอัตโนมัติ  
( Coagulation Analyzer cuvette )  
หน่วยนับ กล่อง

-----

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 ลักษณะเป็นถ้วย(cuvette) ภายในถ้วยมีแท่งแม่เหล็ก 1 ชิ้น จำนวน 32 ถ้วยหรืออื่นๆ เรียงเป็นวงกลมมีแกนยึด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13.7 ซม.หรืออื่นๆ
- 1.1.2 จำนวนถ้วยต่อวงและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่อวงจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.1.3 ใน 1 กล่องมี 1920 ถ้วย หรือจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.1.4 บรรจุเป็น 6 กล่องเล็ก กล่องละ 10 วง หรือจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- 1.2.1 เป็นอุปกรณ์ประกอบเครื่องวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดรุ่น BFA (Behring Fibrintimer A) และรุ่น BCT (Behring Coagulation Timer) และมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Cuvette rotor
- 1.2.2 ใช้สำหรับใส่น้ำเหลืองผู้ป่วยและน้ำยาในการตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดโดยการนำไปวางในช่องใส่ที่กำหนดในเครื่อง BFA หรือ BCT ขึ้นแม่เหล็กทำหน้าที่ผสมให้เกิดปฏิกิริยา

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ---

- 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- 3. ข้อกำหนดอื่นๆ ---
- 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

.....

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.**

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กก.พบ./ประธานกรรมการ  
( พร้อมพงษ์ พิระบูล )

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา ผู้อำนวยการเฉพาะสาขา พบ./กรรมการ  
( อำนาจ ธรรมจินดา )

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อุไรวรรณ แก้วบวร หน.แผนกพยาธิคลินิกและโลหิตวิทยา กพร. รพ.ร.ร.6/กรรมการ  
( อุไรวรรณ แก้วบวร )

16/พ.ค./43

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ออนุมัติให้ใช้ตาม  
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/286 ลง 22 พ.ค.43