

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 245/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-1297

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในหีบห่อสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซ  
(Internal Gas Indicator Strip)

หน่วยนับ กล่อง

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นแผ่นตรวจสอบทางเคมีเพื่อใช้สำหรับใส่เข้าไปในหีบห่อเพื่อตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 แผ่นกระดาษที่มีการเคลือบแถบสารเคมีสีน้ำตาลแดงเพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจสอบภายในแต่ละหีบห่อสำหรับกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์

1.2.2 การเปลี่ยนแปลงสีที่สมบูรณ์จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของแถบสารเคมีที่อยู่บนแผ่นตรวจสอบจากสีน้ำตาลแดงเป็นสีเขียว

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10 ซม.) กว้างไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้ว (1.6 ซม.)

1.3.2 แถบของสารเคมีอยู่ระหว่างกลางตามความยาวของแผ่นกระดาษตรวจสอบ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง ปทุมมา จงศิริ  
(ปทุมมา จงศิริ)

หน.แผนกเวชบริรักษ์กลาง รพ.ร.ร.6/  
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

18 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48