

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 025/47

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6525-XX-260-5022

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ फिल्मสำหรับเครื่องพิมพ์ภาพ ระบบแห้ง (Dry Imaging Film)

หน่วยนับ ~~กล่อง~~ 6600 4

พ. 15/10/25

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับถ่ายภาพด้วยเครื่องพิมพ์ภาพ เพื่อบันทึกการตรวจด้วยเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรค และสร้างภาพโดยไม่ต้องใช้น้ำยาล้างฟิล์ม

1.2 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค สามารถบันทึกภาพด้วยแสงอินฟราเรด (Infrared) และสร้างภาพด้วยความร้อน (heat develop) หรือ บันทึกและสร้างภาพด้วยความร้อน (Thermal)

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 แกนฟิล์มทำจากโพลีเอสเตอร์ (polyester) สีฟ้าหรือโปร่งใส ความหนาไม่เกิน 0.007 นิ้ว เคลือบด้วยสารประกอบเกลือเงิน

1.3.2 สามารถใช้กับเครื่องที่หน่วยมีใช้อยู่

1.3.3 ขนาดของแผ่นฟิล์มจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ ขนาดบรรจุต่อกล่องตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองการใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ศาสตราจารย์ ดร. กงมัน )

พ.อ.....ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )


พ.ต.....นายทหารพยาบาล รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( บัญชา มนูญญา )

15 / ม.ค. / 47

/2. คณะกรรมการ...


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต. ....  ... พล.ต.ทบ./ประธานกรรมการ

(พร้อมพงษ์ วีระบูล)

พ.อ. ....  ... พล.อ.กทบ.ทบ./กรรมการ

(ธนา สุราชักษ์)

พ.ท. ....  ... พล.ท.กทบ.ทบ./กรรมการ

(แสงอรุณ อมรฉาวรสกุล)

22 / มี.ค. / 17

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อำนวยใช้

ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่ กทบ.

ที่ต่อ กท 0404/4298 ลง 1 มิ.ย. 47