

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

หน่วยนับ

ติดตั้ง

ติดตั้ง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นเตียงสำหรับใช้ในการตรวจโรคทั่วไป โครงสร้างเป็นโลหะพื้นไม้ ประกอบที่นอนฟองน้ำหุ้มหนังเทียม

1.2 ลักษณะเฉพาะ

1.2.1 เป็นเตียงโครงโลหะประกอบด้วยที่นอนฟองน้ำสำหรับใช้ในการตรวจโรคทั่วไป

1.2.2 ขนาดโดยประมาณ กว้าง 24" ยาว 72" สูงจากพื้น 32"

1.2.3 โครงเตียงทำด้วยท่อโลหะเหลี่ยม 4 เหลี่ยม ขนาด $1\frac{1}{2}$ " ทาสีกันสนิม และพ่นสีครีมทับ

1.2.4 พื้นเตียงเป็นไม้ดัดบาง ขนาดหนา 10 มม. มีขอบไม้ยางขนาด 2"x1" โดยรอบ บุกด้วยฟองน้ำหนา 2" แล้วหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี

1.2.5 พื้นเตียงแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนกลางยาวประมาณ 52" ตอนบนสามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ

1.2.6 มีโต๊ะรองเท้าขึ้นเตียง จำนวน 1 ตัว มีลักษณะดังนี้

1.2.6.1 เป็นโต๊ะโครงโลหะ 4 ขา ขนาดกว้าง 10" ยาว 16" สูง 10"

1.2.6.2 ตัวโครงใช้ท่อโลหะเหลี่ยมชนิดกลมโปร่ง ขนาด 1" ทาสีกันสนิม แล้วพ่นสีครีมทับ ปลายขาทั้ง 4 มีลูกยางสวม

1.2.6.3 พื้นสำหรับรองเท้าใช้ไม้ดัดบางประกอบด้วยโครงไม้หนา 1" ด้านบนบุด้วยแผ่น ยางกันลื่นสีดำ ขอบทั้ง 4 ด้านหุ้มด้วยแผ่นอูมิเนียม

2. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

4. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ, แบบรูปและตาราง และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ