

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 270/51 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2533

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือแยกเนื้อเยื่อชนิดคงบี (Cobb Spinal Elevator)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับแยกเนื้อเยื่อที่หุ้มกระดูก, เส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้ออกรจากกระดูกสันหลัง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากโลหะปลอกสนิมที่มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพดีกว่า

1.2.2 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเครื่องมือที่มีด้ามจับ มีลักษณะกลมมีสันหรือเป็นเหลี่ยมเพื่อความมั่นคงในการจับใช้งาน

1.3.2 ส่วนปลายของเครื่องมือ มีลักษณะโค้งมนคอม ผ่าครึ่งตามยาว, มีขนาดความกว้าง, ความยาวของส่วนปลายและความยาวของด้ามหดยาวขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของการใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเด็ตตาลีอค และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ธิติกุมิ เอื้ออำนวย

ผอ.กาก.พบ./ประธานกรรมการ

(ธิติกุมิ เอื้ออำนวย)

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ์ บุตรงามดี

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

(ลงชื่อ) พ.อ.วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ

ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.รร.6/

(วุฒิพงษ์ ชั้นประดับ)

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

12 พ.ค.2551

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กาก.พบ.
ที่ กห 0446.13/377 ลง 14 พ.ค.51