

คุณลักษณะเฉพาะ สป.เส้นปลีอง สาย พ.ที่ 118/39

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

-

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ขวดสุญญากาศสำหรับดูดของเสียจากแผล แบบใช้
ครั้งเดียว

หน่วยนับ

ชุด

.....

1. คุณลักษณะเฉพาะ มีคุณลักษณะดังนี้

- 1.1 ทำด้วยพลาสติกใส ตกไม่แตก มีขนาดความจุ 2 ขนาด คือ ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 150-200 มล. และขนาดความจุไม่น้อยกว่า 600 มล.
- 1.2 ด้านข้างขวดมีตัวเลขแสดงระดับความจุของขวดมี ความละเอียดดังนี้
- ขวดขนาด 150-200 มล. ความละเอียดถึง 25 มล.
- ขวดขนาด 600 มล. ความละเอียดถึง 10 มล.
- 1.3 ที่ส่วนบนของขวด มีอุปกรณ์แสดงให้ทราบว่าแรงดูดที่อยู่ในขวดอยู่ในระดับ
(MAX-MIN)
- 1.4 มีท่อพลาสติกใสสำหรับต่อสาย drain ปลายท่อด้านหนึ่งติดอยู่กับขวด ถอด
ออกได้เมื่อต้องการเปลี่ยนใหม่ และมี clamp 2 ตัว ส่วนปลายท่ออีกด้านหนึ่ง
เป็นข้อต่อสามารถต่อกับสาย drain ได้หลายขนาดตั้งแต่ขนาด 8, 10, 12
และ 14
- 1.5 มีสายสำหรับแขวนขวดสามารถถอดเข้า-ออกได้
- 1.6 ขนาดของขวดระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.7 บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก หรือกระดาษที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว สามารถเปิด
ใช้ได้ทันที

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะรูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.วีระชัย ภาษา ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(วีระชัย ภาษา)

(ลงชื่อ) พ.อ.อำนาจ ธรรมจินดา ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.อ.สรรัชย์ กาญจนลาก ศัลยแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการ
(สรรัชย์ กาญจนลาก)

...../...../.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ ผบ.ทบ. ทำขึ้นที่ กบ.ทบ. ที่
ต่อ กท 0446/7526 ลง 29ค.ค.39