

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 040/50

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-0422

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขອງใส่อุปกรณ์สำหรับทำให้ปราศจากเชื้อ  
(Paper Medical Packing)

หน่วยนับ ม้วน

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพื่อให้ปราศจากเชื้อ

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

- 1.2.1 เป็นซองกระดาษกับพลาสติกอย่างดี ผนึกติดกันโดยใช้กาวประสิทธิภาพสูง เจือสี แบบไม่ตกออกในแผ่นผนึกทับผิวของกระดาษ
- 1.2.2 มีแถบสี (Indicator) บนขอบซอง สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
- 1.2.3 สามารถทนความร้อนได้ดี โดยรูปร่างและคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลง

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.3.1 มีลักษณะเป็นม้วนแบบซองสองชั้น ด้านข้างทั้ง 2 ด้านยึดติดแน่นบริเวณขอบตลอดแนวทั้งม้วน
- 1.3.2 มีหลายขนาดบรรจุ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.3.3 มีชนิดเรียบ (Flat) และชนิดซ้อนขอบ (Gusseted) ความยาวต่อม้วนจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเกตตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สุภาวดี จงศิริ  
(สุภาวดี จงศิริ)

หน.แผนกเวชบริภัณฑ์กลาง รพ.ร.ร.6/  
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

20 มี.ค.2550

/คณะกรรมการ...

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.**

(ลงชื่อ) พล.ต.นฤดล ประภาวัต  
( นฤดล ประภาวัต )

ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.เกษม ภิญโญชนม์  
( เกשמ ภิญโญชนม์ )

ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.ชุมพล เหมือนกรุด  
( ชุมพล เหมือนกรุด )

หน.รร.กบ.ทบ.ชรก.กบ.ทบ./กรรมการ

29 มี.ค.2550

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่กกบ.ทบ.  
ที่ต่อ กท 0404/4136 ลง 26 เม.ย.50