

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 272/52 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-2787

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยา ไอ เอส อี รีเฟรเอร์เรนซ์ อิเล็กโทรไลต์
(ISE Reference Electrolyte Reagent Kit)

หน่วยนับ ขวด/กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับช่วยเพิ่มความคงสภาพของ Ion Reference Potential ใน Reference Electrode

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ประกอบด้วย Potassium Chloride 1 mol/L

1.2.2 เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ที่อุณหภูมิ 25 °C

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นสารละลาย สามารถใช้งานได้ทันที

1.3.2 สามารถใช้กับเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ Cobas ที่หน่วยงานมีใช้อยู่

1.3.3 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีฉลากระบุชื่อชุดน้ำยา , Lot No. และวันหมดอายุของน้ำยา

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเก็ตตาสี และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ชัชวาล บุณรัช

ผอ.กกก.พบ./ประธานกรรมการ

(ชัชวาล บุณรัช)

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ บุตรงามดี)

(ลงชื่อ) พ.ท.ปกรณ์ จิโรจน์กุลกิจ

นายทหารเทคนิคการแพทย์ รพ.ร.ร.6/

(ปกรณ์ จิโรจน์กุลกิจ)

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

21 ก.ค.2552

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กกก.พบ.
ที่ กท 0404.13/514 ลง 21 ก.ค.52