

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 228/46(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-270-5084

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือเย็บผิวหนังในการผ่าตัด  
(Proximate Skin Stapler)

หน่วยนับ ชิ้น

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับเย็บยึดแผล ปิดผิวหนังทำให้แผลเรียบสวยในผู้ป่วยผ่าตัด

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1.2.1 ที่หัวของเครื่องมือจะมีเส้นหรือพลาสติกกั้น (alignment indicator) เพื่อบอกแนวทางยังให้กับแพทย์ผู้ใช้งาน

1.2.2 มีไกสำหรับจับและบีบตัวเย็บออกมา

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเครื่องมือเย็บผิวหนัง มีหลายแบบให้เลือก เช่น แบบธรรมดา หรือแบบกว้าง ผู้ใช้สามารถจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 บรรจุตัวเย็บได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัว

1.3.3 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( สาคร คงมั่น )

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิงวรรณดี ลือสุทธิวิบูลย์

พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( วรรณดี ลือสุทธิวิบูลย์ )

.....21...../.....ก.ค...../.....46.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/505 ลง 21 ก.ค.46