

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ.ที่ 714/43 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-XX-256-3925
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดแผ่นต่อเนื่อง
(Electrocardiographic paper)
หน่วยนับ พับ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็นกระดาษที่มีความไวต่อความร้อนใช้บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
- 1.1.2 ด้านหน้ามี grid line เพื่อเปรียบเทียบค่ามาตรฐาน
- 1.1.3 ด้านหน้า ตอนบน มีพื้นที่ว่างเพื่อให้เครื่องบันทึกข้อมูล รายละเอียดของผู้ป่วย
- 1.1.4 เป็นกระดาษชนิดต่อเนื่อง ขนาดกระดาษ กว้าง x ยาว จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.1.5 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- 1.2.1 สามารถใช้กับเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่หน่วยมีใช้หรือเครื่องที่เป็นระบบหัวเข็มความร้อน (Thermal array printer) หรือเครื่องที่มีระบบการทำงานคล้ายกัน
- 1.2.2 เป็นกระดาษชนิดพิเศษที่มีสารเคมีเฉพาะเคลือบอยู่บนผิวหน้า เพื่อทำปฏิกิริยากับหัวเข็มความร้อน (Thermal paper)

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา
(อำนาจ ธรรมจินดา)

ประจำ พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท. เกลิมเกียรติ ดันตระกูล
(เกลิมเกียรติ ดันตระกูล)

หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจเด็ก รพ.รร.6/กรรมการ

...13...../...ช.ค.../...43...

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 792 ลง 26 ช.ค.43