

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 749/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1801

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายตัดและเก็บชิ้นเนื้อ (Biopsy Forceps)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับตัดและเก็บชิ้นเนื้อในระบบทางเดินอาหาร โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 สายตัดและเก็บชิ้นเนื้อ ตัวสายทำมาจากเส้นลวดพิเศษ (memory wire) และถูกหุ้มด้วยวัสดุสารเคลือบพิเศษ (endoglide sheath) เพื่อความลื่น

1.2.2 ความกว้างของปากคีม (biopsy jaw) ซึ่งอยู่ส่วนปลายของสายตัดชิ้นเนื้อ กว้างไม่น้อยกว่า 2.2 มม. มีทั้งชนิดที่มีเข็มและไม่มีเข็ม

1.2.3 สายมีขีดบ่งบอกตำแหน่ง (marker) ปลายสาย

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 สายตัดและเก็บชิ้นเนื้อเป็นสายลวดกลมเป็นสายยาวด้านหนึ่งต่อกับกล้องส่องตรวจและอีกด้านหนึ่งของส่วนปลายสายมีปากคีมสำหรับตัดชิ้นเนื้อ

1.3.2 สายขนาดความยาวและจำนวน จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 บรรจุห่อละ 1 เส้น

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.วานิช ปิยนันตร์
(วานิช ปิยนันตร์)

อายุรแพทย์ ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ. ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/428 ลง 4 ก.ค.49

3 ก.ค.2549