

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 005/51

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-0474

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดให้ออกซิเจนแบบติดผนัง พร้อมวาล์วต่อเข้าเครื่องช่วยหายใจ
(Oxygen Flowmeter with Auxiliary Valve)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นชุดควบคุมการไหลของออกซิเจน พร้อมวาล์วต่อเข้าเครื่องช่วยหายใจแบบติดผนัง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ตั้งแต่ 0-15 ลิตร/นาที

1.2.2 การไหลของออกซิเจนเป็นแบบ Back Pressure Compensated ซึ่งสามารถทนต่อการไหลของก๊าซอย่างสม่ำเสมอ

1.2.3 มีส่วนของ ข้อต่อ (DISS Outlet) ซึ่งสามารถต่อกับข้อต่อของกระบอกให้ความชื้นแบบธรรมดา (Humidifier) และกระบอกให้ความชื้นแบบพ่นละออง (Nebulizer)

1.2.4 มี Flowmeter Tube โดยมีหลอดครอบ เป็นวัสดุใส ทำด้วยโพลีคาร์บอเนตหรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.5 มีลูกกลอย (Floating Ball) ทำด้วยสแตนเลส หรือพลาสติก บรรจุอยู่ใน Flowmeter Tube

1.2.6 มีวาล์วสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจ

1.2.7 หัวเสียบเข้ากับหัวจ่ายก๊าซออกซิเจนมีหัวต่อเป็นสีตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการเสียบผิด และเป็นแบบเสียบเร็ว (Quick Connector)

1.2.8 สามารถเสียบเข้ากับหัวจ่ายก๊าซออกซิเจนของโรงพยาบาลที่มีอยู่ได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ ประกอบด้วย ชุดควบคุมการไหลของออกซิเจน พร้อมวาล์วต่อเข้าเครื่องช่วยหายใจ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและการปรับนับตั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 2 ชุด

3.3 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัท แสดงชื่อ ที่อยู่และ โทรศัพท์ (สติกเกอร์) ติดกับเครื่อง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

3.5 ต้องได้การรับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับ การรับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

- | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (ลงชื่อ) พ.อ.จิตติภูมิ เอื้ออำนวย
(จิตติภูมิ เอื้ออำนวย) | ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ์ บุตรงามดี
(พิสุทธิ์ บุตรงามดี) | ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.อนันต์ วัฒนธรรม
(อนันต์ วัฒนธรรม) | อายุรแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้ |

21 ม.ค.2551

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

- | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (ลงชื่อ) พล.ต.มานิชญ์ จันทรศร
(มานิชญ์ จันทรศร) | ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ
(กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ) | ผอ.กทบ.พบ./กรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.สถาพร สหวัฒน์
(สถาพร สหวัฒน์) | รอง ผอ.กอง กบ.ทบ./กรรมการ |

28 ม.ค.2551

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ท้ายบันทึกฯ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0446/1310 ลง 25 ก.พ.51