

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 342/52 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2856

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายสวนปัสสาวะชนิดใช้ในไต  
(Percutaneous Nephrostomy Catheter )

หน่วยนับ ชุด

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นสายสวนที่ใส่เข้าสู่ไตโดยตรงด้วยวิธีผ่านผิวหนัง โดยวางตำแหน่งไว้ที่กรวยไต

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจาก Polyurethane หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 มีคุณสมบัติเป็นสารทึบรังสี (Radiopaque)

1.2.3 มีแผ่นรอง (Retention Disc) กั้นระหว่างผิวหนังกับสายสวน เพื่อให้สายสวนหลุดออกจากตำแหน่ง ผลิตจาก Silicone เป็นส่วนประกอบหลัก

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ส่วนปลายของสายสวนมีลักษณะม้วนเป็นวงคล้ายหางหมู (Pig Tail)

1.3.2 มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

1.3.3 บรรจุ 1 ชุด ต่อ 1 ซอง

1.3.4 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว สามารถนำมาใช้งานได้ทันที

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

3.2 ขนาดของสายสวน จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ ที่กำหนดไว้ในการจัดหาแต่ละครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ชัชวาล บุรณรัช

( ชัชวาล บุรณรัช )

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี

( พิสุทธิ บุตรงามดี )

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พูนเกียรติ เรืองโกคา

( พูนเกียรติ เรืองโกคา )

ศัลยแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้