

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 376/44 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-255-4153
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายส่งเลือดและสารละลายของเครื่องไตเทียมสำหรับการฟอกเลือด
ต่อเนื่อง (Continuous renal replacement therapy set, CRRT set)
หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นสายพลาสติกอ่อน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
- 1.1.1 ส่วนที่ใช้ต่อกับผู้ป่วยเพื่อนำเลือดมาเข้าตัวกรอง
- 1.1.2 ส่วนที่ใช้นำสารละลายทดแทนหรือน้ำยาไตเทียม
- 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ประกอบเป็นชุดของสายส่งเลือดและสารละลายทดแทนของเครื่องไตเทียม สำหรับการฟอกเลือดต่อเนื่อง
- 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ประกอบด้วย
- 1.3.1 สายส่งเลือด (arterial line) มีทั้งชนิดใช้สำหรับผู้ใหญ่หรือเด็ก ซึ่งจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.3.2 สายนำสารละลายทดแทนหรือน้ำยาไตเทียมเข้า และออกจากตัวกรอง (substitute line และ filtrate line)
- 1.3.3 ถุงเก็บน้ำที่ดึงจากตัวผู้ป่วยมีความจุ 3.5 – 5 ลิตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

- 2.1 บรรจุในบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- 2.2 มีข้อความที่ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.อำนาจ ธรรมจินดา
(อำนาจ ธรรมจินดา)

ประจำ พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.ไชยยา สุขขา
(ไชยยา สุขขา)

นายทหารเทคนิคการแพทย์ ร.ร.6/กรรมการ