

ซีดีเอฟ / มาเลเซีย

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 134/31
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์.....
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายสวนปัสสาวะ (FOLEY CATHETER)
หน่วยนับ.....เส้น.....

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นสายสวนปัสสาวะทำจากยางธรรมชาติเคลือบด้วยสารซิลิโคน
ชนิดมีลูกโป่งคาไวโคในกระเพาะปัสสาวะ

1.2 ลักษณะเฉพาะ

- 1.2.1 เป็นสายสวนปัสสาวะเคลือบซิลิโคนทั้งในและนอกทำให้เกิดความลื่น
ตะกอนไม่ก่อกองมีโอกาสดักเกาะได้ น้ำปัสสาวะไหลออกได้สะดวก
- 1.2.2 ลูกโป่งมีความแข็งแรงเหนียวไม่แตกง่าย
- 1.2.3 ลูกโป่งมีความแข็งแรงเหนียวไม่มีอันตรายหลังจากใส่คาไวโคในกระเพาะปัสสาวะ
เป็นเวลานานหลายวันก็ตาม
- 1.2.4 เป็นสายสวนที่มีความแข็งแรงพอ ไม่หักงอง่ายแก่การสอดใส่
- 1.2.5 ช่วงของปลายเหนือลูกโป่งสั้น ทำให้น้ำปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะไม่คั่งค้าง
- 1.2.6 สามารถใช้ใช้จริงทุกตะกอนตกค้างตามสายยางโดยที่สายยางไม่แพ่งกันทางเดิน
ของตะกอนชนิดขูด

2. การหีบห่อ บรรจุในซองซีลมาเรียบร้อยแล้ว และบรรจุในกล่องกระดาษเพื่อกันความชื้น

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และประเทศไทย

4. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และตัวอย่างประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พย.

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ