

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 208/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1260

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดพ่นละอองยา (Aerosol with Mask and Oxygen cannula)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นชุดพ่นละอองสำหรับให้ยาขยายหลอดลม

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 หน้ากากให้ออกซิเจน (Oxygen Mask) ทำด้วย พี.วี.ซี.เนื้อเหนียวนุ่ม มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พร้อมสายรัดศีรษะซึ่งปรับให้พอเหมาะกับศีรษะของผู้ป่วยได้ ด้านข้างของหน้ากากแต่ละด้านมีรูกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. เพื่อระบายอากาศ

1.2.2 อุปกรณ์ทำละออง (Aerosol) ทำด้วยพลาสติกใส มีเกลียวหมุนถอดแยกออกจากกันได้เป็น 2 ส่วน มีขีดบอกระดับของจำนวนยาพร้อมตัวเลขกำกับในช่วง 2-5 มล. เมื่อใส่ยาและปิดออกซิเจน แรงดันออกซิเจนจะทำให้ยากลายเป็นละอองขนาดเล็กพ่นออกมา

1.2.3 ท่อสายออกซิเจน ทำจากพลาสติกใส มีความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีขนาดให้เลือก คือ ขนาดสำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก

1.3.2 บรรจุหีบห่อด้วยกระดาษหรือพลาสติก 1 ชุด ต่อ 1 ซอง

1.3.3 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเคตตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สมหมาย สัมมาจันทร์
(สมหมาย สัมมาจันทร์)

หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48

18 ต.ค.2548