

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ. ที่ 137/47(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-253-5375

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อช่วยการหายใจผ่านทางหลอดลม (Tracheostomy Tube)

หน่วยนับ ชุด

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สอดผ่านรูเจาะที่ผนังด้านหน้าของคอ เข้าหลอดลมส่วนต้น เพื่อช่วยการหายใจของผู้ป่วย ป้องกันการสำลัก หรือแก้ไขภาวะทางเดินหายใจอุดตัน

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 มี Cuff เป็นชนิด Soft-Seal Cuff (Low Pressure / High Volume Cuff) ที่ผลิตจาก Soft PVC หรือ Silicone ที่มีผิวบาง อ่อนนุ่ม เหนียวไม่แตกง่าย และเป็นแบบ One-Way Valve สะดวกในการ Inflate และ Deflate cuff

1.2.2 เป็น Tube ที่มี Inner cannular แบบ Twist Lock เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุด และสามารถถอด Inner cannular ออกมาทำความสะอาด ตรวจสอบและเปลี่ยนได้

1.2.3 เป็นท่อที่มีความโค้งที่พอดีกับทางกายวิภาคของหลอดลมของผู้ป่วย

1.2.4 มี Flexible Flange ช่วยลดการเคลื่อนไหวยของปลายท่อและไม่รบกวนผู้ป่วยเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ

1.2.5 มี Tube Holder ประกอบในชุด

1.2.6 ขนาดของ ID และ OD จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นท่อผลิตจาก Thermosensitive PVC โดยท่อจะอ่อนตัวลงตามอุณหภูมิของร่างกาย

1.3.2 มีตัวเลขบอกขนาดของ ID และ OD บน Tracheostomy Flange หรือบน Inner Cannular Tube

1.3.3 บรรจุห่อหรือกล่องละ 1 ชุด และทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

## 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานนับจากวันส่งมอบของต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในการจัดหาแต่ละครั้ง หากไม่ได้กำหนดไว้ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งของ

## 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.**

- (ลงชื่อ) พ.อ. ประสงค์ ล้อมทอง ผอ.กกก.พบ./ประธานกรรมการ  
(ประสงค์ ล้อมทอง)
- (ลงชื่อ) พ.อ.หญิง ดารณี จินดาพล ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ  
(ดารณี จินดาพล)
- (ลงชื่อ) พ.อ. กรীธา ม่วงทอง โสิต ศอ นาสิกแพทย์ กศร.พ.ร.ร.6/  
(กรীธา ม่วงทอง) กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

...13..../..ศ.ค.../...47...

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กกก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/611 ลง 13 ศ.ค.47