

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 335/50(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2111

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อช่วยหายใจสำหรับผ่าตัดบริเวณใบหน้า  
(Endotracheal tube for Maxillo-Facial Surgery)

หน่วยนับ อัน

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นท่อช่วยหายใจใช้สำหรับการผ่าตัดบริเวณใบหน้า ศีรษะและลำคอ

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวท่อทำด้วย PVC กลวง รูปโค้ง ชนิดที่ใช้ทางการแพทย์ (medical grade) หรือ silicone หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.2 ตัวท่อจะอ่อนตัวลงเมื่ออยู่ในอุณหภูมิของร่างกาย (thermosensitivity) และมีความโค้งที่เหมาะสม

1.2.3 ท่อช่วยหายใจมีสัญลักษณ์เป็นลายเส้น (radiopaque line) เมื่อ x-ray จะเห็นตำแหน่งของท่อช่วยหายใจ

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นท่อกลวงขึ้นรูปเป็นรูปโค้งพอดีกับสรีระของทางเดินหายใจ

1.3.2 ส่วนปลายของท่อจะมีลูกโป่ง (cuff) ซึ่งนิ่มและมีแรงดันต่ำ (low pressure cuff)

1.3.3 มีหลายขนาดซึ่งจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.4 บรรจุ 1 อันต่อซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ประสงค์ ล้อมทอง )

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิงศรัณยา ชมรัตน์

พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( ศรัณยา ชมรัตน์ )

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/364 ลง 22 พ.ค.50