

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ. ที่ 876/43

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-260-3361
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวสวนแบเรียม (Barium enema tip)
หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 ทำด้วยพลาสติกหรือซิลิโคน
- 1.1.2 ส่วนปลายมีลักษณะโค้งมน
- 1.1.3 มีรูขนาดใหญ่ และรูระบายด้านข้างด้านละ 2 รู
- 1.1.4 มีชนิดสายแยก 3 สาย, 2 สาย หรือไม่มีสายแยก ซึ่งจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.1.5 มีหลายขนาดให้เลือกใช้ ขนาดจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้สวนแบเรียมเพื่อการตรวจลำไส้ใหญ่ทางรังสีกรรม

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ ของตัวอย่าง และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ. / ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา ผู้อำนวยการเฉพาะสาขา พบ. / กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ต. บัญชา มนูญญา นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการ
(บัญชา มนูญญา)

15 / ศ.ก./43

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 522 ลง 15 ศ.ก.43