

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 097/58 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-4231

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุสำหรับห้ามเลือดในช่องโพรงจมูก
(Nasal Cavity Wound Dressing)

หน่วยนับ ชิ้น, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ดูดซับเลือดและของเหลวในช่องโพรงจมูก และใช้เป็นตัวส่งผ่านยา รวมทั้งช่วยค้ำยันโครงสร้างภายในจมูกหลังจากการผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจาก 100% Polyurethane หรือวัสดุสังเคราะห์ชนิดอื่นที่ดีกว่า

1.2.2 สามารถละลายได้เองและขับออกมาทางรูจมูกได้โดยไม่ต้องดึงออก

1.2.3 สามารถดูดซับของเหลวและเลือดได้ไม่น้อยกว่า 20 เท่า ของน้ำหนักวัสดุ

1.2.4 สามารถรักษาแรงกดห้ามเลือดบริเวณแผล ได้อย่างน้อย 48 ชั่วโมง หลังจากใส่วัสดุ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเหมือนฟองน้ำ มีรูพรุน

1.3.2 มีขนาดและความหนาแน่นของวัสดุแบบต่างๆ ให้เลือกตามความต้องการใช้งาน

1.3.3 สามารถตัด ปรับแต่งรูปร่างและขนาดให้เหมาะสมกับลักษณะกายวิภาคของช่องโพรงจมูกได้

2. การบรรจุและหีบห่อ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 ขนาดและความหนาแน่นของวัสดุห้ามเลือด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ


3.3 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และ ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ต.หญิง..........พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริลักษณ์ มงคลศาสตร์)

26 ธ.ค. 2557

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/..... ลง..... 5 ธ.ค. 58