

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 033/51

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-0502

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปากคีบจับสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินอาหาร  
( Foreign-Body Removing Forceps for GI Tract )

หน่วยนับ อัน

#### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้จับสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินอาหาร โดยใส่ผ่านท่อใส่เครื่องมือ  
เครื่องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

##### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ปากคีบทำจากโลหะปลอดสนิม มีแขนจับให้เลือกใช้ตามความต้องการใช้งาน จำนวน 3 และ 4 แขน

1.2.2 มีด้ามจับทำด้วยพลาสติกทางการแพทย์ ส่วนสายทำจากโลหะปลอดสนิมหรือพลาสติกคุณภาพสูง

1.2.3 สามารถใช้งานได้หลายครั้งและทำให้ปลอดเชื้อได้ด้วยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำ

##### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายไม่มากกว่า 2.6 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 160 ซม.

1.3.2 สามารถใช้ได้กับเครื่องส่องตรวจที่โรงพยาบาลมีอยู่แล้วได้

#### 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

#### 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องได้รับรองคุณภาพในด้านการผลิตและใช้งานจากสถาบันตรวจสอบหรือได้รับรองมาตรฐานสากล

3.3 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทติดกับเครื่องมือ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

#### 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเกิดตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.จิตติภูมิ เอื้ออำนวย

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( จิตติภูมิ เอื้ออำนวย )

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสุทธิ บุตรงามดี )

(ลงชื่อ) พ.อ.วานิช ปิยนันตร์

อายุรแพทย์ รพ.ร.6 /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( วานิช ปิยนันตร์ )

21 ม.ค.2551

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต.มานะชญ์ จันทรร  
( มานะชญ์ จันทรร )                      ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ                      ผอ.กทบ.ทบ./กรรมการ  
( กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ )

(ลงชื่อ) พ.อ.สถาพร สหวัฒน์                      รอง ผอ.กอง กทบ.ทบ./กรรมการ  
( สถาพร สหวัฒน์ )

28 ม.ค.2551

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่ กทบ.ทบ.  
ที่ต่อ กท 0404/1312 ลง 18 ก.พ.51