

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 365/48 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2490

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าแบบบังคับด้วยมือ ชนิดใช้ครั้งเดียว
(Disposable Electrosurgical Hand Control Pencil)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์สำหรับเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า
ชนิดควบคุม ด้วยมือ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 สายจี้ภายในเป็นเส้นโลหะนำไฟฟ้า หุ้มด้วยพลาสติกอย่างดี ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร

1.2.2 ปลาสายจี้ด้านหนึ่งเป็นปลั๊กเสียบ มีแกนโลหะนำไฟฟ้า 3 อัน เพื่อเสียบเข้าเครื่องจี้ไฟฟ้า
ช่อง Hand Controlled

1.2.3 ปลาสายจี้ส่วนที่เป็นด้ามจี้ จะมีสวิตช์ 2 ปุ่ม คือ ปุ่มตัด (Cutter) และปุ่มจี้ (Coagulator) โดยใช้
มือกดบังคับ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.2 บรรจุแยกชิ้น 1 ซอง 1 อัน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเกตตาลอกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ประสงค์ ล้อมทอง ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท. หญิง สมหมาย สัมมาจันทร์ หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.6 /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(สมหมาย สัมมาจันทร์)

15 มิ.ย.48

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/550 ลง 15 มิ.ย.48