

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 542/48(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1187

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นสื่อการตรวจคลื่นหัวใจ (Red-dot)

หน่วยนับ ชิ้น

### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ประกอบในการตรวจวัดคลื่นหัวใจ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นแผ่นกลมมีขั้วเป็นโลหะหนึ่งด้านติดกับเครื่องวัดคลื่นหัวใจและเป็นเจลด้านหนึ่งในอันเดียวกัน มีขอบรอบเป็นกาวเหนียวติดที่ร่างกาย

1.2.2 สามารถเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าใช้ครั้งเดียวทิ้ง

1.2.3 ขนาดและรูปแบบ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าจากร่างกายเข้าเครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ

### 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

### 3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและปลอดภัยการใช้งาน

3.3 ผลิตภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

### 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะและทดลองใช้งาน

#### คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ประสงค์ ล้อมทอง )

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ) พ.อ.วิธิ ลินสมบุญ

หน.กองเภสัชกรรม รพ.ค่ายจักรพงษ์/

( วิธิ ลินสมบุญ )

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

19 ส.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/761 ลง 19 ส.ค.48