

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 230/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ 6510-XX-247-1282

ชื่อสิ่งอุปกรณ ขวดสูญญากาศดูดเลือด/หนองและน้ำเหลืองแบบแรงดูดต่ำชนิดซิลิโคน
(Silicone Low Vacuum Wound Drainage Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ดูดระบายของเหลวประเภทเลือด/หนองและน้ำเหลืองหลังการผ่าตัด ศัลยกรรมทั่วไปหรือศัลยกรรมเฉพาะทาง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ขวดผลิตมาจากซิลิโคนแบบบีบอากาศออกด้วยมือ

1.2.2 เป็นแบบ Negative Low Pressure ทำให้แรงดูดเหมาะสม ไม่ทำลายเนื้อเยื่อรอบแผล

1.2.3 สายระบายเลือดเป็นแบบที่ป้องกันการหักงอง่าย (kink) มีทั้งชนิดมองเห็นได้เมื่อผ่านเอกซเรย์ และ ชนิดธรรมดา

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.3.1.1 ขวดซิลิโคนแบบบีบได้ด้วยมือมีขีดบอกความจุ มีหลายขนาด จะระบุในการจัดหาแต่ละ ครั้ง

1.3.1.2 สายระบายเลือดมีหลายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.3 เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง วรรณวดี ลือสุทธีวิบูลย์

พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(วรรณวดี ลือสุทธีวิบูลย์)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48

18 ต.ค.2548