

(ลงชื่อ) _____
(_____)
(ตำแหน่ง) _____

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 159/34

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวจ่ายออกซิเจนชนิด 2 ทาง ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์

หน่วยนับ ชุด

ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป

1.1.1 เป็นหัวจ่ายออกซิเจนชนิด 2 ทาง พร้อมหัวเสียบเข้าระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์

1.1.2 ส่วนของหัวเสียบต่อเข้ากับ Oxygen Outlet ระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ของโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมได้

1.2 ลักษณะเฉพาะ

1.2.1 เป็นหัวจ่ายออกซิเจนซึ่งแยกเป็น 2 ทาง สามารถจ่ายออกซิเจนได้พร้อมกัน 2 จุด

1.2.2 หัวจ่ายออกซิเจนแต่ละหัวมี Check Valve 2 ชุด คือ Primary และ Secondary

1.2.3 ส่วนหัวเสียบ (Adaptor) เป็นชนิด Oxygen Quick Connector และสามารถเสียบต่อกับ Oxygen Outlet ของโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมได้

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในหีบห่อที่มั่นคงแข็งแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ ผบ.

พ.อ. _____ .ประธานกรรมการ
พ.อ. _____ .กรรมการ
พ.อ. _____ .กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ ทบ

พ.อ. _____ .ประธานกรรมการ

พ.อ. _____ .กรรมการ

พ.อ. _____ .กรรมการ