

**คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 013/51**

**หมายเลขสิ่งอุปกรณ์**

6515-XX-247-0482

**ชื่อสิ่งอุปกรณ์**

ชุดดูดเสมหะระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชนิดติดผนัง  
( Suction Unit Wall System )

**หน่วยนับ**

ชุด

## **1. คุณลักษณะเฉพาะ**

**1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน** ใช้สำหรับดูดเสมหะและของเหลวของผู้ป่วยในหอผู้ป่วย

### **1.2. คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค**

1.2.1 ชุดควบคุมแรงดูดและมาตรวัด(Vacuum Regulator and Gauge)

1.2.1.1 มีมาตรวัดแรงดันสามารถแสดงอัตราแรงดูดได้ตั้งแต่ 0 - 760 mmHg หรือ 0-1000 mbar  
หรือมากกว่า

1.2.1.2 มีปุ่มปรับอัตราแรงดูดใช้งานอยู่ด้านหน้า และมีปุ่มสำหรับปิด-เปิดอยู่ด้านข้าง

1.2.2 ขวดกันล้น

1.2.2.1 มีลูกกลอยอยู่ในขวด สามารถป้องกันของเหลวล้นเข้าสู่ชุดควบคุมแรงดูด

1.2.2.2 สามารถถอดออกทำความสะอาดได้

1.2.3 หัวเสียบเข้ากับเซ็นทรัลไปป์ไลน์ เป็นแบบ Vacuum Quick Connector สามารถเสียบเข้า  
Vacuum Outlet ของโรงพยาบาลได้

**1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ** ชุดดูดเสมหะระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ ชนิดติดผนัง ใน 1 ชุด  
ประกอบด้วยดังนี้

1.3.1 ชุดควบคุมแรงดูดและมาตรวัด (Vacuum Regulator and Gauge)

1.3.2 ขวดกันล้น

1.3.3 หัวเสียบเข้ากับเซ็นทรัลไปป์ไลน์

## **2. การบรรจุหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## **3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

3.1 ต้องเป็นของใหม่ ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพในด้านการผลิต และความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบ  
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

3.3 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและการป้อนนบัติบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 2 ชุด  
(ตัวจริง 1 ชุด)

3.4 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทแสดงชื่อที่อยู่และโทรศัพท์ (สติกเกอร์) ติดกับเครื่องสามารถมองเห็น  
ได้ชัดเจน

/วิธีการตรวจสอบ...

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบการตลาดและทดลองใช้งาน

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.**

(ลงชื่อ) พ.อ.จิตติภูมิ เอื้ออำนวย ( จิตติภูมิ เอื้ออำนวย )	ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ์ บุตรงามดี ( พิสุทธิ์ บุตรงามดี )	ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.อนันต์ วัฒนธรรม ( อนันต์ วัฒนธรรม )	อายุรแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

21 ม.ค.2551

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.**

(ลงชื่อ) พล.ต.มานิชญ์ จันทรร ( มานิชญ์ จันทรร )	ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ ( กฤษฎา เต็มบุญเกียรติ )	ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ
(ลงชื่อ) พ.อ.สถาพร สหวัฒน์ ( สถาพร สหวัฒน์ )	รอง ผอ.กอง กบ.ทบ./กรรมการ

28 ม.ค.2551

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่ กบ.ทบ.  
ที่ต่อ กท 0446/1227 ลง 11 ก.พ.51