

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 225/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1277

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายสำหรับให้ยาและสารละลายทางสะดือ
(Umbilical Catheter)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับให้ยาและสารละลายทางสะดือ หรือเจาะเลือดเพื่อตรวจวินิจฉัยในผู้ป่วยทารกแรกเกิด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นท่อพลาสติกใส สามารถมองเห็นของเหลวไหลผ่านภายในได้

1.2.2 วัสดุทำจากพลาสติก polyurethane ผิวเรียบนุ่ม ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเส้นเลือด

1.2.3 มีตัวเลขบอกระยะทุก 1 ซม. และด้านข้างของสายมี Radiopaque line สามารถมองเห็นเมื่อทำการเอกซเรย์

1.2.4 ปลายด้านหนึ่งมีข้อต่อ ชนิด Luer lock

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีขนาดตั้งแต่ 2.5 เฟรนช์ (Fr.) และจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. และจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.4 บรรจุหีบห่อด้วยกระดาษหรือพลาสติก 1 ซอง ต่อ 1 เส้น

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สมหมาย สัมมาจันทร์
(สมหมาย สัมมาจันทร์)

หน.หอผู้ป่วย ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48

18 ต.ค.2548