

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 356/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1408

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดเจาะเนื้ออุลูกตา (Ophthalmic Knife)

หน่วยนับ ชิ้น

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ในการเจาะผ่านเนื้ออุลูกตาในการผ่าตัดทางจักษุกรรม

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ใบมีดทำด้วยเหล็กสเตนเลส ด้ามจับทำด้วยพลาสติก เป็นใบมีดที่มีความคมมาก

1.2.2 สามารถนำไปปม่าเชือได้ทั้งการนิ่งด้วยไอน้ำภายใต้ความดันหรืออบผ่าเชือด้วยแก๊ส

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ขนาดของใบมีด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 บรรจุของละ 1 ชิ้น

1.3.3 ทำให้ปราศจากเชื้อడีว่า

## 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันส่งของ

## 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประسنก์ ล้อมทอง

พอ.กาก.พบ./ประธานกรรมการ

( ประسنก์ ล้อมทอง )

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

พอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง เปริมาดี ฐานพงษ์

พยาบาลห้องผ่าตัดจักษุฯ รพ.รร.6/

( เปริมาดี ฐานพงษ์ )

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

24 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กาก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/994 ลง 4 พ.ย.48