

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 239/48 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1144

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไม้เท้า (Cane)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับถือยันตัวและช่วยการเดิน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ท่ออลูมิเนียม ท่อในมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว ท่อนอกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

1.2.2 ค้ำมือจับชุบหรือหุ้มด้วยพลาสติกชนิดคุณภาพสูงหรือชนิดอื่นที่เทียบเท่ากัน

1.2.3 สามารถปรับเลื่อนสปริงล็อกได้ไม่น้อยกว่า 9 ระยะ ตั้งแต่ 31 ถึง 39 นิ้ว หรือมากกว่า

1.2.4 สปริงล็อกทำด้วยโลหะชนิดไม่เป็นสนิม

1.2.5 วัสดุกันกระแทกระหว่างท่อนอกและท่อในทำด้วยพีวีซีหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่ากันหรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ทำด้วยท่ออลูมิเนียม ส่วนที่เป็นค้ำมือจับมีลักษณะโค้งงอลง

1.3.2 ปลายไม้เท้าสวมลูกยางกันกระแทก

1.3.3 ปรับความยาวของไม้เท้าได้ด้วยการเลื่อนสปริงล็อก

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานที่ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง ดารณี จินดาพล

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ดารณี จินดาพล)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปฏิกรณ์ สมนานธิกรณ

หน.พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(ปฏิกรณ์ สมนานธิกรณ)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/02 ลง 4 ม.ค.48

4 ม.ค.2548