

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 008/60

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - M - 60 - P - 0961

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เติ่งรับบริจาคโลหิต ชนิดเคลื่อนย้ายได้

หน่วยนับ เติ่ง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นเติ่งสำหรับรับบริจาคโลหิต นอกสถานที่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 โครงเต่งทำด้วย Stainless Steel หรือโลหะปลอดสนิมชนิดอื่นที่ดีกว่า สามารถพับเก็บเป็นชั้นเดียว เพื่อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

1.2.2 ตัวเติ่ง เมื่อกางออกใช้งาน มีขนาดความกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 60 x 170 x 65 เซนติเมตร

1.2.3 ผ้าหุ้มเติ่งทำด้วยวัสดุที่มีความทนทาน สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย เช่น ผ้าเทปเหนียวอย่างดี หรือ Nylon

1.2.4 ด้านหัวเติ่ง มีเบาะรองศีรษะ ติดสำเร็จรูปอยู่กับตัวเติ่ง หรือเป็นแบบแยกส่วน

1.2.5 สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม

1.2.6 มีที่วางแขนสำหรับเจาะเลือด สามารถถอดออกเพื่อติดตั้งได้ทั้งด้านซ้าย และด้านขวาของเติ่ง ตามความเหมาะสมในการใช้งาน

1.2.7 มีถาดสำหรับวางอุปกรณ์เจาะเลือด พร้อมขาตั้งที่สามารถพับเก็บได้ ทำด้วย Stainless Steel หรือ โลหะปลอดสนิมชนิดอื่นที่ดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ รูปร่าง ลักษณะโดยทั่วไป ตามผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน


3.2 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน 2 ชุด


3.3 สีของผ้าคลุมเติ่ง จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง


4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบ และทดลองใช้งาน

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เติ่งรับบริจาคโลหิต ชนิดเคลื่อนย้ายได้

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ ทบ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ไพรัช มีลาภ)


พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)


พ.ท..........พยาธิแพทย์ รพ.ค่ายสุรนารี /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พงศ์อิฐภา รัตนพิทยานกุล)

22 มิ.ย. 2560

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(กุศทินญ์ บุรณะวิทย์)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ณรงค์ น้อยนารถ)

พ.อ..........นปก. ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทมิฬ)


26 ก.ค. 2560

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/10690 ลง 28 ส.ค. 60

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เติ่งรับบริจาคโลหิต ชนิดเคลื่อนย้ายได้

หมายเลข คณ. 6515 - M - 60 - P - 0961

ผนวก ก



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ. คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ไพรัช มีลาภ)

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(กุศทินธุ์ บุรณะวิทย์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ณรงค์ น้อยนารถ)

พ.ท.....พยาธิแพทย์ รพ.ค่ายสุรนารี /
(พงศ์อิษฏา รัตนพิทยานุกุล) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.....นบก. ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทิมพิศ)

22 มิ.ย. 2560

26 ก.ค. 2560