

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 334/50(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2110

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อช่วยหายใจผ่านทางหลอดลมแบบแยกปอดซ้ายหรือขวา
(Double lumen tube for intubation)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นท่อช่วยหายใจแบบ 2 ช่องคู่ (double lumen) สามารถเลือกช่วยหายใจในปอดซ้ายหรือขวา

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวท่อ (tube) ทำจาก PVC ที่กลวงใส่หรือวัสดุที่ดีกว่าจะอ่อนตัวลงตามอุณหภูมิของร่างกาย ลดอาการระคายเคืองที่เนื้อเยื่อบริเวณหลอดคอ สามารถถอดอุปกรณ์ช่วยหายใจได้เป็นเวลานาน

1.2.2 ที่ปลายท่อ มีลูกโป่ง (cuff) ทำจากวัสดุยางชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง (latex free) และเป็นชนิด low pressure

1.2.3 มีลวดแกนนำ (stylet) ใส่ไว้ในท่อ (tube) เพื่อรักษาความโค้งและรูปร่างของท่อ (tube)

1.2.4 มีจุดบอกตำแหน่ง (radiopaque markers) ที่ปลายท่อเพื่อหาตำแหน่งที่ถูกต้องของท่อ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ตัวท่อ มีลักษณะกลวงใส่ไส้ทางภายในแบ่งเป็น 2 ช่อง มีช่องเปิดที่ปลายท่อในตำแหน่งหลอดลม และแขนงปอด และมีตัวอักษรกำกับอยู่บนตัวท่อทั้งสองช่องอย่างชัดเจน

1.3.2 แต่ละปลายท่อ มีช่องสำหรับใส่ลมในลูกโป่งและบอกตำแหน่งของลูกโป่ง (inflation line , pilot balloon , cuff) แยกจากกันและมีลักษณะปลายท่อ เรียบมนุ่ม

1.3.3 มีหลายขนาดให้เลือกจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.4 บรรจุ 1 ชุดต่อช่องที่ปราศจากเชื้อพร้อมใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเกตตากลอกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ศป.สาย พ. ของ พน.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสารค์ ล้อมทอง ผอ.กาก.พบ./ประธานกรรมการ
(ประสารค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปริชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ปริชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิงศรีณยา ชมรัตน์ พยาบาล รพ.รร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยไฟฟ้า
(ศรีณยา ชมรัตน์)

18 พ.ค.2550

คุณลักษณะเฉพาะบันทึกอนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กาก.พบ.
ที่ กก 0446.13/364 ลง 22 พ.ค.50