

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 241/52 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2756

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อช่วยหายใจ ชนิดมีสายดูดเสมหะ
(Endotracheal Tube with Suction)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สอดใส่ผ่านหลอดลมเพื่อช่วยในการหายใจ ขณะเดียวกันก็สามารถดูดเสมหะได้ด้วย เพื่อป้องกันการสำลักหรือป้องกันการระคายเคืองของหลอดลม

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจาก Clear PVC หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.2 สามารถโค้งงอและอ่อนตัวได้ดี

1.2.3 มี Radio - Opaque ทำให้สามารถ X-ray บอกตำแหน่งของท่อได้

1.2.4 มี Cuff ชนิด Soft - Seal (Low Pressure / High Volume Cuff)

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นท่อช่วยหายใจ มีลักษณะเป็นท่อกว้างตัดเฉียงปลายมน (Bevel) สามารถมองเห็นละอองไอน้ำจากลมหายใจของผู้ป่วย

1.3.2 มีช่องสำหรับดูดเสมหะอยู่บริเวณเหนือ Cuff และมีสายต่อช่วยในการดูดเสมหะ โดยมีที่ปิดที่ปลายสาย (Cap)

1.3.3 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท พร้อมนำมาใช้งาน

1.3.4 มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสม

1.3.5 ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น ต่อ 1 ซอง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี ในวันส่งของ

3.2 ขนาดของท่อช่วยหายใจ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเก็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย
(ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ์ บุตรงามดี
(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.อนันต์ วัฒนธรรม
(อนันต์ วัฒนธรรม)

อายุรแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0404.13/418 ลง 3 มิ.ย.52